EU-Konformitätserklärung

Version	Überarbeitet am:	DoC #:	Datum der letzten Ausgabe: 07.10.2019
1.7	23.10.2019	100000005188	Datum der ersten Ausgabe: 31.01.2019

Der Hersteller und seine in der Gemeinschaft ansässige Bevollmächtigte, Kimberly-Clark Europe Ltd., bestätigen, dass die PSA-Modelle wie beschrieben den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 entsprechen.

Modell	Produktcode(s)	Produktbeschreibung
Handschuhe	HC61160, HC61165, HC61170, HC61175, HC61180, HC61185, HC61190, HC61110, 56888, 56889, 56890, 56891, 56892, 56893, 56894, 56887	Kimtech* G3 sterile White Nitrile Gloves, 12” Hand Specific Pairs

Persönliche Schutzausrüstung, harmonisierte europäische Norm:
Kategorie III PSA
Gemäß den in Modul D der Verordnung (EU) 2016/425 EG festgelegten Verfahren unter der Aufsicht der benannten Stelle.

Harmonisierte Normen
EN ISO 374-1:2016: (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen) als Handschuh des Typs C gegen Natriumhydroxid 40 % (K)., EN ISO 374-5:2016: (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen) mit Leistungsstufe 2 nach EN 374-2:2014, einschließlich Virenpenetration.

Ist identisch mit den getesteten Proben, die der Prüfgegenstand folgenden Dokuments sind:
EU-Baumusterprüfbescheinigung: GB18/961249
Erteilt an Kimberly - Clark Europe Ltd, aufgrund der technischen Unterlagen durch die benannte Stelle: PPE.TG.GBL.130.v.00

Unterzeichnet im Namen des Herstellers in der Europäischen Gemeinschaft.

Christelle Bouvier		Überarbeitet am: 23.10.2019
Senior Regulatory Affairs Manager		
Kimberly-Clark Europe Ltd.		

Wie von der Verordnung (EU) 2016/425 EG gefordert, sind die Adressen der Beteiligten wie folgt:

Kimberly-Clark Europe Limited	
40 London Road RH2 9QPReigate, Surrey, Großbritannien	
Telephone: +44 1737 736000	Fax: +44 1737 736670

SGS United Kingdom Limited (0120)
Unit 202BWorle ParkwayWeston-super-Mare BS22 6WAGroßbritannien

EU-Konformitätserklärung

Version	Überarbeitet am:	DoC #:	Datum der letzten Ausgabe: 07.10.2019
1.7	23.10.2019	100000005188	Datum der ersten Ausgabe: 31.01.2019

Telephone: +44 (0) 1934 522917	Fax: +44 (0) 1934 522137
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (0123)	
Ridlerstraße 65MÜNCHEN 80339Germany,	
Telephone:	Fax: