

EU prohlášení o shodě

Verze
1.8

Datum revize:
25.09.2019

DoC #:
100000019624

Datum posledního vydání: 24.09.2019
Datum prvního vydání: 31.05.2018

Výrobce a jeho zplnomocněný zástupce ustanovení společností Kimberly-Clark Europe Ltd. potvrzují, že popsané modely OOP jsou v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 pro kategorii.

Styl	Kód produktu	Popis produktu
Rukavice	11821, 11822, 11823, 11824, 11825, 11826, 11827, 11828	KIMTECH* G3 Sterile STERLING* Nitrile Gloves

Evropská harmonizovaná norma pro osobní ochranné pomůcky:

Kategorie III OOP

Platí postupy stanovené v modulu D nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 pod dohledem oznámeného subjektu.

Harmonizované normy

EN ISO 374-1:2016: (Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům) jako rukavice typu C proti chemickému činnidlu K., EN ISO 374-5:2016: (Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům) s normou EN 374-2:2014, úrovně 2 a zahrnující virovou penetraci.

Je totožný s testovanými vzorky, které jsou předmětem:

Vydal certifikát EU přezkoušení typu: GB18/961088

Uděleno společnosti Kimberly-Clark Europe Ltd, na základě souboru technické dokumentace oznámeného subjektu: PPE.TG.GBL.283.v00

Podepsáno jménem výrobce v Evropském společenství.

Liz Brigden		Datum revize: 25.09.2019
Associate Director, Regulatory Affairs		
Kimberly-Clark Europe Ltd.		

Jak požaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, adresy zapojených částí jsou následující:

Kimberly-Clark Europe Limited	SGS United Kingdom Limited (0120)
40 London Road	Unit 202B, Worle Parkway
Reigate, RH2 9QP	Weston-super-Mare, BS22 6WA
Surrey, Velká Británie	Velká Británie
Telephone: +44 1737 736000	Telephone: +44 (0) 1934 522917
Fax: +44 1737 736670	Fax: +44 (0) 1934 522137