

ELi

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Variant 1.8 Paranduse kuupäev: 25.09.2019 DoC #: 100000019624 Viimase väljastamise kuupäev: 24.09.2019
Esimese väljastamise kuupäev: 31.05.2018

Tootja ja selle ühenduses asutatud volitatud esindaja Kimberly-Clark Europe Ltd. kinnitavad, et kirjeldatud isikukaitsevahendite mudelid vastavad määruse (EL) 2016/425 nõuetele kategoorias.

Mudel	Tootekood(id)	Toote kirjeldus
Kindad	11821, 11822, 11823, 11824, 11825, 11826, 11827, 11828	KIMTECH* G3 Sterile STERLING* Nitrile Gloves

Isikukaitsevahendid, Euroopa harmoneeritud standard:

Kategooria III PPE

Määruse (EL) 2016/425 EÜ moodulis D kehtestatud menetluse kohaselt teavitatud asutuse järelevalve all.

Harmoneeritud standardid

EN ISO 374-1:2016: (Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad) tüüp C kindana reaktiivi K vastu., EN ISO 374-5:2016: (Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad) EN 374-2:2014 2. toimetasemega ja sisaldab viiruste läbistumist.

On identne testitud näidistega, mille kohta on väljastatud:

Väljastas ELi tüübihindamissertifikaadi: GB18/961088

Väljastatud ettevõttele Kimberly-Clark Europe Ltd teavitatud asutuse tehnilise toimiku alusel:
PPE.TG.GBL.283.v00

Allkirjastanud Euroopa Ühenduses tootja nimel.

Liz Brigden		Paranduse kuupäev: 25.09.2019
Associate Director, Regulatory Affairs		
Kimberly-Clark Europe Ltd.		

Määruse (EL) 2016/425 nõuete kohaselt on poolte aadressid järgmised:

Kimberly-Clark Europe Limited	SGS United Kingdom Limited (0120)
40 London Road	Unit 202B, Worle Parkway
Reigate, RH2 9QP	Weston-super-Mare, BS22 6WA
Surrey, Ühendatud Kuningriik	Ühendatud Kuningriik
Telephone: +44 1737 736000	Telephone: +44 (0) 1934 522917
Fax: +44 1737 736670	Fax: +44 (0) 1934 522137